Nylexogrip®

Bande élastique cohésive de contention

www.distrimed.com

Nylexogrip®

Bande sous film imprimé.
Longueur étirée : 4 mètres. Coloris : blanc.

CODE	DIMENSIONS	GROUPAGE EN UCD
0927	4 m x 2,5 cm	50
0928	4 m x 5 cm	50
0929	4 m x 7 cm	50
0930	4 m x 10 cm	25
0931	4 m x 15 cm	25

Longueur étirée : 6 mètres. Coloris : jean.

0985	6 m x 7 cm	36

www.URGOmedical.fr

LABORATOIRES URGO • 42 RUE DE LONGVIC • BP 157 • 21304 CHENÔVE CEDEX • TÉL 03 80 54 50 00 • FAX 03 80 44 74 52

www.distrimed.com

Nylexogrip®

DESCRIPTION

- Bande tissée élastique en longueur enduite de fines particules de latex : . Viscose 46 %, Coton 45 %, Elasthanne 9 %

PROPRIETES

- Force de contention 1 (20 à 45 cN/cm à 30 % d'allongement).
- Extensibilité en longueur ≥ 120 %.
- Grammage moyen au repos : 290 g/m^2.
- Grammage moyen bande étirée : 130 g/m^2.
- Cohésive : la bande adhère uniquement sur elle-même, pas sur la peau, ni sur les poils.
- Facile à utiliser : se découpe à la main.
- Confortable : le confort du patient est augmenté par l'aération de la bande.
- Résistante à l'eau : la bande peut être lavée 1 à 2 fois
- Bonne Tolérance cutanée : test d'irritation primaire cutanée (IPC) de 0,17 classe «non irritant» (sauf allergie propre à un des composants de la bande).
- Tenue à la stérilisation vapeur : . 120° C - 20 min
  . 134° C - 18 min
  . Retirer préalablement l'emballage et le tube, plier la bande en accordéon.
- Radiotransparence.

INDICATIONS

INDICATIONS : Bande de contention et de maintien de pansements.

- TRAUMATOLOGIE SPORTIVE : - En prévention des accidents type entorse, luxation et subluxation - En traitement des pathologies type élongation et claquage - Pour protéger les zones de friction.
- PHLÉBOLOGIE : - Contention dans la prévention et le traitement des varices essentielles ou post-phlébitiques, des ulcères variqueux des hypodermites aiguës ou subaiguës - Réduction et stabilisation de l'œdème d'origine veineuse, de lymphoedèmes - Contention dans la prévention de la maladie thromboembolique et des thrombophlébites - Contention après stripping ou sclérose.
- SOINS : maintien de pansements.

CONTRE-INDICATIONS :

- Allergie au latex.
- Artérite des membres inférieurs stage III et IV.
- Microangiopathie diabétique évoluée.
- Entorse de stades III et IV.

CONSEILS D'UTILISATION

MODE D'EMPLOI :

- 1. Dérouler 20 à 30 cm de bande de façon à enrouler la partie du corps à protéger et relâcher la tension de la bande.
- 2. Poser le premier tour de bande, puis continuer le bandage en recouvrant chaque tour d'au moins la moitié du tour précédent.
- 3. Afin d'assurer une bonne tenue de la bande, le dernier tour ne doit pas être en contact avec la peau mais recouvrir complètement le tour précédent.
- 4. Terminer le bandage en pressant l'extrémité de la bande avec la paume de la main pendant quelques secondes.
- 5. le dernier tour de bandage doit être posé SANS TENSION.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Ne jamais poser la bande directement sur une peau lésée. Dans le cas de maintien de compresses, il est recommandé de stériliser la bande.
- Lors de la pose, le gaufrage doit toujours rester apparent, garantissant ainsi une application sûre.
- En phlébologie, la bande doit être posée avant le lever - à partir des orteils, en remontant sur la jambe - et conservée jusqu'au coucher.
- En cas d'usages prolongés ou répétés, les fils élastiques peuvent être fragilisés par l'utilisation de corps gras sous le bandage.

CONSEILS D'ENTRETIEN

- Laver à la main ou en machine dans une eau à 30°C maximum, sans détergent et sans chlore.
- Rincer et laisser sécher à plat.

CONDITIONS DE STOCKAGE

- Tenir à l'abri de la chaleur et de la lumière.

STATUT REGLEMENTAIRE

Dispositif médical marqué CE.
Inscrit sur la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR).

09/2010 - GM-47

URGO MEDICAL